

Cần Thơ, ngày 25 tháng 3 năm 2025

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Về việc Mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, khoa Sanh, khoa Dược và khoa Nhi – Sơ sinh**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Trích Biên bản số 1423/TrBB-HĐ.KHCN ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng Khoa học công nghệ về việc cập nhật cấu hình, tính năng kỹ thuật làm cơ sở thực hiện chào giá lại gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, khoa Sanh, khoa Dược và khoa Nhi – Sơ sinh;

Căn cứ Trích Biên bản số 1416/TrBB-BVPS ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Ban Giám đốc mở rộng về việc thông qua cập nhật cấu hình, tính năng kỹ thuật làm cơ sở thực hiện chào giá lại gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, khoa Sanh, khoa Dược và khoa Nhi – Sơ sinh;

Căn cứ Trích Biên bản số 254-TrBB/ĐBBV ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng về việc thông qua tờ trình cập nhật cấu hình, tính năng kỹ thuật làm cơ sở thực hiện chào giá lại gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, khoa Sanh, khoa Dược và khoa Nhi – Sơ sinh;



Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, khoa Sản, khoa Dược và khoa Nhi – Sơ sinh**, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị, Số điện thoại: 0292.6518125. Gmail: bvpsct@cantho.gov.vn
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ số 106 CMT8, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Nội dung ghi ngoài bì thư báo giá: **Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, khoa Sản, khoa Dược và khoa Nhi – Sơ sinh.**
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2025 đến trước 07h00 ngày 04 tháng 4 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bàn hồi sức cấp cứu sơ sinh	<b>1. YÊU CẦU CHUNG:</b> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Xuất xứ: Châu Á/Châu Âu/G7 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 <b>2. PHẠM VI CUNG CẤP:</b> Máy chính kèm màn hình led hoặc cao hơn: 1 cái. Các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: Đèn thủ thuật: 01 chiếc Ngăn kéo đựng đồ: 01 bộ Khay đựng tấm X-quang cassette tích hợp: 01 bộ Tấm đệm giường: 01 chiếc Bộ cửa trong suốt: 01 bộ Xe đẩy tích hợp với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ Cảm biến nhiệt độ: 01 chiếc Cọc treo dịch truyền: 01 cái Dây nguồn: 01 chiếc	Cái	05

		<p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> <p><b>3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</b></p> <p>Tính năng tối thiểu cần phải có:</p> <p>Giường sưởi bức xạ cung cấp nhiệt cho trẻ sơ sinh bằng bộ bức xạ nhiệt.</p> <p>Trang bị cảm biến nhiệt độ.</p> <p>Tích hợp pin sạc, thời gian sử dụng tối thiểu 1 giờ sau khi sạc đầy.</p> <p>Tích hợp đồng hồ APGAR để đánh giá tình trạng bệnh nhân.</p> <p>Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>Bộ gia nhiệt:</p> <p>Dải hiển thị nhiệt độ da: Có thể điều chỉnh được (độ chính xác <math>\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}</math>).</p> <p>Có báo động quá nhiệt</p> <p>Hiển thị: Màn hình cảm ứng LCD màu.</p> <p>Hệ thống cảnh báo: Đồng hồ APGAR có thể đếm và đếm ngược, cài đặt tối đa 10 nút thời gian cảnh báo</p> <p>Thông số kỹ thuật giường: Điều chỉnh độ nghiêng: Có</p> <p><b>4. YÊU CẦU KHÁC:</b></p> <p>Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.</p> <p>Lắp đặt và chạy thử: Tại cơ sở sử dụng.</p> <p>Hướng dẫn sử dụng: Đào tạo người dùng vận hành thành thạo.</p> <p>Tài liệu: Cung cấp đầy đủ bản gốc (tiếng Anh) và bản dịch phần thao tác chính (tiếng Việt).</p> <p>Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao: Tối thiểu 05 năm sau khi bàn giao nghiệm thu.</p> <p><b>5. YÊU CẦU MỞ RỘNG:</b> Có tích hợp Đèn điều trị vàng da</p>		
2	Đèn khám bệnh các loại	<p><b>1. YÊU CẦU CHUNG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau.</li> <li>- Xuất xứ: Châu Âu/G7</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương.</li> <li>- Loại đèn treo trần, dùng trong phẫu thuật, thủ thuật.</li> </ul> <p><b>2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</b></p> <p>Cường độ sáng: <math>\geq 65.000</math> lux</p> <p>Nhiệt độ màu: Từ <math>\geq 4000\text{K}</math></p>	Cái	03

AN  
 HEN  
 PH  
 HÀ  
 CẢ  
 (%)

*Hok*

		<p>Chỉ số tạo màu (Ra): <math>\geq 95</math>  Độ sâu trường sáng (L1 + L2): <math>\geq 150</math> cm  Ánh sáng: LED  Tuổi thọ LED: <math>\geq 50.000</math> giờ  Tay cầm tiết kiệm: Có  Điều chỉnh cường độ sáng: Có  <b>3. BẢO HÀNH:</b> Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất nhưng không thấp hơn 12 tháng.</p>		
3	Tủ lạnh bảo quản thuốc, vắc xin	<p><b>1. YÊU CẦU CHUNG:</b>  - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau.  - Xuất xứ: Châu Á/Châu Âu/G7  - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương.</p> <p><b>2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kiểu tủ:</b> Đứng, 2 cửa kính.</li> <li>• <b>Kiểu làm lạnh:</b> Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức, duy trì nhiệt độ ổn định, phù hợp với yêu cầu bảo quản các sản phẩm nhạy cảm như vaccine, thuốc, và mẫu sinh học.</li> <li>• <b>Chế độ rã đông:</b> Tự động.</li> <li>• <b>Môi chất làm lạnh:</b> Không chứa CFC.</li> <li>• <b>Độ ồn:</b> <math>\leq 45</math> dB (A).</li> <li>• <b>Dải nhiệt độ điều khiển:</b> <math>2 - 8^{\circ}\text{C}</math>.</li> <li>• <b>Bộ điều khiển:</b> Vi xử lý.</li> <li>• <b>Hiển thị màn hình:</b> LED hoặc công nghệ tương đương.</li> <li>• <b>Dung tích tủ:</b> <math>\geq 890</math> lít.</li> </ul> <p><b>3. CUNG CẤP BAO GỒM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Máy chính:</b> 01 cái.</li> <li>• <b>Chân có lắp bánh xe tiện di chuyển:</b> 01 bộ.</li> </ul> <p><b>4. BẢO HÀNH:</b> Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất nhưng không thấp hơn 12 tháng.</p>	Cái	02
4	Tủ ấm các loại	<p><b>1. YÊU CẦU CHUNG:</b>  - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau.  - Xuất xứ: Châu Âu/G7  - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương.</p> <p><b>2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thiết kế:</b> Tủ được bao phủ bằng các tấm cách nhiệt, đảm bảo duy trì nhiệt độ ổn định.</li> </ul>	Cái	01

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dung tích chứa:</b> Tối thiểu 30 lít (có thể chứa chai 1 lít hoặc chai 0.5 lít hoặc túi 5000ml hoặc túi 3000ml)</li> <li>• <b>Hiển thị thông số:</b> Đèn LED hoặc kỹ thuật tương tự.</li> <li>• <b>Độ ồn:</b> <math>\leq 45</math> dB (A).</li> <li>• <b>Dải nhiệt độ điều chỉnh:</b> 25°C đến 42°C (tùy theo yêu cầu sử dụng). Độ chính xác nhiệt độ: <math>\pm 0.5^\circ\text{C}</math>.</li> </ul> <p><b>3. ỨNG DỤNG:</b> Làm ấm dịch truyền</p> <p><b>4. BẢO HÀNH:</b> Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất nhưng không thấp hơn 12 tháng.</p>		
--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được giao nhận tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 106 CMT8, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Nhà thầu chào giá cung cấp các tài liệu (catalog) để chứng minh đặc tính tương tự, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và chất lượng hàng hóa là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên và lập **bảng so sánh tính đáp ứng thông số kỹ thuật** giữa hàng hóa chào thầu và thông số kỹ thuật theo yêu cầu chào giá để bên yêu cầu chào giá kiểm tra đánh giá (đính kèm tại **Phụ lục 2**)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ: Phòng TCKT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC  
 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
 Ngô Văn Dũng

*Handwritten signature*



### 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



**PHỤ LỤC 2. BẢNG SO SÁNH TÍNH ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

Về việc Mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, khoa Sản, khoa Dược và khoa Nhi – Sơ sinh)

STT	Tên hàng hóa theo yêu cầu báo giá	Tên hàng hóa theo tên thương mại	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm	Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu báo giá	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào báo giá	Mức độ đáp ứng	Tài liệu tham chiếu kèm theo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Điền số thứ tự liên tục	Điền theo tên hàng hóa yêu cầu báo giá	Điền thông tin của hàng hóa báo giá	Điền thông tin của hàng hóa báo giá	Điền thông tin của hàng hóa báo giá	Điền thông tin của hàng hóa tương ứng tại Yêu cầu báo giá	Điền thông tin của hàng hóa báo giá	Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá	Trang ... của catalog hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác kèm theo
1								
2								
...								