

Cần Thơ, ngày 06 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Về việc Mua thiết bị y tế cho Trung tâm Nhi sơ sinh, khoa Sanh và
khoa Phẫu thuật gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư,
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15
ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư
theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật
Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Quản lý, sử
dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

Căn cứ Trích biên bản số 2292/TrBB-HĐ.KHCN ngày 05 tháng 11 năm
2025 của Hội đồng khoa học công nghệ về việc thông qua chủ trương Mua thiết
bị y tế cho Trung tâm Nhi sơ sinh, khoa Sanh và khoa Phẫu thuật gây mê – Hồi
sức tích cực – Chống độc;

Căn cứ Trích biên bản số 2293/TrBB-BVPS ngày 05 tháng 11 năm 2025 của
Ban Giám đốc mở rộng về việc thông qua chủ trương Mua thiết bị y tế cho Trung
tâm Nhi sơ sinh, khoa Sanh và khoa Phẫu thuật gây mê – Hồi sức tích cực –
Chống độc;

Căn cứ Trích biên bản số 298-TrBB/ĐBBV ngày 05 tháng 11 năm 2025 của
Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng về việc thông qua chủ trương Mua thiết bị y tế
cho Trung tâm Nhi sơ sinh, khoa Sanh và khoa Phẫu thuật gây mê – Hồi sức tích
cực – Chống độc;



Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua thiết bị y tế cho Trung tâm Nhi sơ sinh, khoa Sanh và khoa Phẫu thuật gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc**, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị, Số điện thoại: 0292.6518125. Gmail: bvpsct@cantho.gov.vn
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ số 106 CMT8, Phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.
- Nội dung ghi ngoài bì thư báo giá: **Gói thầu Mua thiết bị y tế cho Trung tâm Nhi sơ sinh, khoa Sanh và khoa Phẫu thuật gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc.**
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày. 06. tháng 11 năm 2025 đến trước 07h00 ngày.. 17. tháng 11 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy thở không xâm lấn	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương. Xuất xứ máy chính: Châu Âu/ G7 Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Cấu hình bao gồm: - 01 máy chính - bộ trộn khí. - Máy làm nóng khí thở vào (Bếp gia nhiệt): 01 máy. - Bộ dây thở sơ sinh dùng nhiều lần: 02 bộ. - Xe đẩy.	Máy	05

STT	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Phụ kiện đi kèm: 01 bộ. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt. Tính năng kỹ thuật của Bộ trộn khí thở CPAP: Có chức năng thở: CPAP/ nCPAP. Bộ trộn khí điều chỉnh FiO2 từ 21% đến 100% Có 02 lưu lượng kế: - 01 lưu lượng điều chỉnh từ 0 - 15 lít/phút - 01 lưu lượng từ 0 - 1 lít/phút, 0 – 3.5 lít/phút, hoặc 1 – 15 lít/phút (tùy thuộc vào yêu cầu cấu hình) - Độ chính xác: +/- 3%. - Báo động khi chênh lệch ≥ 20 PSI (138 kPa) - Đồng hồ đo áp lực CPAP bệnh nhân theo liên tục giá trị từ 0 – 25 cmH2O. - Bộ tạo nhiệt: + Nhiệt độ: có 3 mức điều chỉnh mặc định, tự động ngắt khi quá nhiệt + Lưu lượng: 5-60 lít/phút + Thời gian làm ấm: ≤ 60 lít/phút - Bình làm ấm cho sơ sinh: sử dụng nhiều lần - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 132 độ C, trong vòng 4 phút - Có xe đẩy Bộ tạo áp lực CPAP - Giảm công thở. - Tăng FRC và cải thiện độ giãn nở phổi. - Giảm nguy cơ suy hô hấp ở trẻ sơ sinh (RDS). - Có buồng dự trữ khí làm tăng trao đổi khí bên trong phế nang. - Dùng với Mask/prong (có thể chọn kích thước theo yêu cầu) ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI:		

NHV
 HU S
 ANH
 SNT



STT	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		1. Đối với Máy chính: Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị. 2. Đối với Phụ kiện thay thế: Bảo hành theo quy định riêng của nhà sản xuất. 3. Đối với Vật tư tiêu hao: * Loại dùng nhiều lần, bảo hành 3 tháng. * Loại dùng một lần: bảo hành hư hỏng ngay lúc mở hộp.		
2	Đèn khám bệnh các loại	1. YÊU CẦU CHUNG: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. - Xuất xứ: Châu Âu/G7 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương. - Loại đèn treo trần, dùng trong phẫu thuật, thủ thuật. 2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Cường độ sáng: ≥ 65.000 lux - Nhiệt độ màu: Từ $\geq 4000K$ - Chỉ số tạo màu (Ra): ≥ 95 - Độ sâu trường sáng (L1 + L2): ≥ 150 cm - Ánh sáng: LED - Tuổi thọ LED: ≥ 50.000 giờ - Tay cầm tiệt khuẩn: Có - Điều chỉnh cường độ sáng: Có 3. BẢO HÀNH: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất nhưng không thấp hơn 12 tháng.	Cái	05

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được giao nhận tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 106 CMT8, Phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

3. Các tài liệu đính kèm: Nhà thầu chào giá cung cấp các tài liệu (catalog) để chứng minh đặc tính tương tự, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và chất lượng hàng hóa là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên và lập **bảng so sánh tính đáp ứng thông số kỹ thuật** giữa hàng hóa chào thầu và thông số kỹ thuật theo yêu cầu chào giá để bên yêu cầu báo giá kiểm tra đánh giá (đính kèm tại *Phụ lục 2*). *ly* *re*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ: Phòng TCKT, VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC *td*

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Dũng



td

PHỤ LỤC 1. MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ về việc Mua thiết bị y tế cho Trung tâm Nhi sơ sinh, khoa Sản và khoa Phẫu thuật gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc)

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

Số thứ tự theo Thông báo yêu cầu báo giá	Tên hàng hóa/Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Mô tả hàng hóa/ tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tổng cộng										

(Số tiền bằng chữ:.....)

*Ghi chú: Các đơn vị tiền tệ trong báo giá thực hiện nguyên tắc tròn số theo Điều 4 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP và đảm bảo nguyên tắc Đơn giá x Số lượng = Thành tiền (đã có thuế VAT)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 2. BẢNG SO SÁNH TÍNH ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ về việc Mua thiết bị y tế cho Trung tâm Nhi sơ sinh, khoa Sản và khoa Phẫu thuật gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc)

STT	Tên hàng hóa theo yêu cầu báo giá	Tên hàng hóa theo tên thương mại	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm	Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu báo giá	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào báo giá	Mức độ đáp ứng	Tài liệu tham chiếu kèm theo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Điền số thứ tự liên tục	Điền theo tên hàng hóa yêu cầu báo giá	Điền thông tin của hàng hóa báo giá	Điền thông tin của hàng hóa báo giá	Điền thông tin của hàng hóa báo giá	Điền thông tin của hàng hóa tương ứng tại Yêu cầu báo giá	Điền thông tin của hàng hóa báo giá	Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá	Trang ... của catalog hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác kèm theo
1								
2								
...								

